



Olsztyn, dnia 27.03.2012r.

Znak sprawy: **P/5/23/2007**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa mebli, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynie w ramach zadania pn. Przebudowa i remont (modernizacja) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dla celów kultury, wraz z przebudową przyłączy w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 w ramach realizacji inwestycji Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury. - Część 2. Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni specjalistycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Poniżej przedstawiamy modyfikację dotyczącą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Zmienia się zapis w pozycji nr 29 „SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dostawa i montaż wyposażenia do pracowni specjalistycznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie” destylator, w kolumnie D „opis przedmiotu zamówienia”:

W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dostawa i montaż wyposażenia do pracowni specjalistycznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie” w kolumnie D „opis przedmiotu zamówienia” jest:

Wolnostojący destylator do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów, przystosowany do pracy ciągłej. Części mające łączność z wodą lub parą wodną wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte galwaniczną powłoką cynową. Destylator wyposażony w regulator natężenia przepływu oraz regulator temperatury z wyłącznikiem awaryjnym. Wydajność min. **4 m³/h** przy zużyciu wody do 50 dm³/h, pobór mocy do 3kW, zasilanie 230V.

W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dostawa i montaż wyposażenia do pracowni specjalistycznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie”, w kolumnie D „opis przedmiotu zamówienia” zmienia się na:



Wolnostojący destylator do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów, przystosowany do pracy ciągłej. Części mające łączność z wodą lub parą wodną wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte galwaniczną powłoką cynową. Destylator wyposażony w regulator natężenia przepływu oraz regulator temperatury z wyłącznikiem awaryjnym. Wydajność **min. 4 dm³/h** przy zużyciu wody do 50 dm³/h, pobór mocy do 3kW, zasilanie 230V.

II. Zmienia się zapis w pozycji nr 29 „SZCZEGÓŁOWEJ OFERTY CENOWEJ – dostawa i montaż wyposażenia do pracowni specjalistycznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie” destylator, w kolumnie D „opis”:

W SZCZEGÓŁOWEJ OFERCIE CENOWEJ - dostawa i montaż wyposażenia do pracowni specjalistycznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w kolumnie D „opis” **jest:**

Wolnostojący destylator do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów, przystosowany do pracy ciągłej. Części mające łączność z wodą lub parą wodną wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte galwaniczną powłoką cynową. Destylator wyposażony w regulator natężenia przepływu oraz regulator temperatury z wyłącznikiem awaryjnym. Wydajność **min. 4 m³/h** przy zużyciu wody do 50 dm³/h, pobór mocy do 3kW, zasilanie 230V.

W SZCZEGÓŁOWEJ OFERCIE CENOWEJ dostawa i montaż wyposażenia do pracowni specjalistycznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w kolumnie D opis **zmienia się na:**

Wolnostojący destylator do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów, przystosowany do pracy ciągłej. Części mające łączność z wodą lub parą wodną wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte galwaniczną powłoką cynową. Destylator wyposażony w regulator natężenia przepływu oraz regulator temperatury z wyłącznikiem awaryjnym. Wydajność **min. 4 dm³/h** przy zużyciu wody do 50 dm³/h, pobór mocy do 3kW, zasilanie 230V.